



编号: 1024-2021

不符合项报告

企业名称:	扬州昌润仪表有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 万朝阳	
不符合事实描述: 查生产部出厂编号为 20916 的水表检定装置 (串联), 检定日期 2021 年 10 月 13 日, 已进行计量确认, 未粘贴计量确认状态的标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) <u>孙小燕</u> 陪同人员(签名) <u>万朝阳</u> 企业部门代表(签名) <u>王婷</u> 日期: 2021 年 10 月 17 日			
纠正措施: <u>立即对水表检定装置, 粘贴计量确认状态的标识</u> <u>举一反三, 检查其它设备, 若有类似问题, 全面解决</u> 企业部门代表签名: <u>王婷</u> 审核员签名: <u>孙小燕</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复军</u> 日期: 2021 年 10 月 17 日			

可另附页