



编号: 1027-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏新曙光电力器材有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 潘秀银	
不符合事实描述: 检查质管部光谱室的编号 YSBS 11299 的标准控样 16MoV5 (Q345R), 定值日期 2006 年 05 月 01 日, 有效期 15 年, 已超过使用有效期, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>潘秀银</u> 企业部门代表(签名) <u>王霞</u> 日期: <u>2021.10.13</u>			
纠正措施: <u>立即按流程申报 Q345R 光谱控样, 检查现场在用的所有测量设备有无类似超周期使用的情况, 并采取纠正措施。</u> 企业部门代表签名: <u>王霞</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: <u>2021.10.13</u> 可另附页			

