



编号: 1026-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏盛华电气有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 试验部		陪同人员: 刘丽	
不符合事实描述: 检查试验站现场在用的型号 TOPRIE、编号 SH006 的温湿度计, 未列入《测量设备台帐》管理, 且未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>李红</u> 陪同人员(签名) <u>刘丽</u> 企业部门代表(签名) <u>张晶</u> 日期: 2021. 10. 11			
纠正措施: 立即组织将以上温湿度计送检, 溯源。检查现场在用设备有无类似现象, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>张晶</u> 审核员签名: <u>李红</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴李平</u> 日期: 2021. 10. 11			

可另附页

