



编号: 1003-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称			芜湖金牛电气股份有限公司					
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品保部	外径千分尺	JN-QFC-02	(0~25)mm	MPE:±4μm $U=1\mu\text{m}, (k=2)$	量块: $U=0.2\mu\text{m}+2\times 10^{-6}\text{Ln}(k=2)$ 杠杆千分表: $U=1.2\mu\text{m}(k=2)$	深圳精宇航检测技术有限公司	校准 2021.08.06.	√
品保部	多通道数字式局部放电综合分析仪	1804XY702	TWPD-2H	$U_{\text{ref}}=1.5\% (k=2)$	直流高压发生器: 5 级 高压测量仪: MPE:0.05 级	深圳精宇航检测技术有限公司	校准 2021.08.06	√
生产设备部	抗震压力表	JN-KZYL-B-01	(0~1.6)MPa	$U_{\text{ref}}=0.5\% (k=2)$	活塞式压力计: 0.05 级	深圳精宇航检测技术有限公司	校准 2021.08.06	√
品保部	绝缘电阻测试仪	0907	ZC25B-4	电压: $U_{\text{ref}}=1.0\%(k=2)$ 电阻: $U_{\text{ref}}=3.0\%, (k=2)$	数字多用表: DCV: $U=0.002\%(k=2)$ DCA: $U=0.005\%(k=2)$ ACV: $U=0.01\%(k=2)$ ACA: $U=0.02\%(k=2)$ R: $U=0.003\% (k=2)$	深圳精宇航检测技术有限公司	校准 2021.08.06	√
品保部	绝缘油介及电阻率自动测定仪	A-010	ZHJ3100	介损: $U_{\text{ref}}=2.2\%(k=2)$ 电容: $U_{\text{ref}}=1.2\%(k=2)$ 电阻率: $U_{\text{ref}}=0.3\%, (k=2)$	交直流电阻箱: 0.1 级 数字高压表: $U_{\text{ref}}=0.33\%(k=2)$	深圳精宇航检测技术有限公司	校准 2021.08.06	√
品保部	声级计	SJJ-01	TES1350A	$U=0.6\text{db}, (k=2)$	标准音源: 2 级	广东精衡检测科技有限公司	校准 2021.03.01	√
生产设备部	压力表	TH50890	(0~1.6)MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.4 级	南陵县市场监督管理局	检定 2021.04.22	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理程序》、《外部供方管理程序》,《溯源性管理程序》,测量设备由生产设备部负责溯源。公司测量设备委托广东精衡检测科技有限公司、深圳精宇航检测技术有限公司和南陵县市场监督管理局等第三方机构检定校准,检定校准证书由生产设备部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 11 日上午~2021 年 10 月 12 日下午

审核员签字:

部门代表签字: