



测量设备溯源抽查表

编号: 0127-2018-2021

企业名称 山东华冠能源技术有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	洛氏硬度计	0329	HR-150A	±1.5HRC	洛氏硬度计检定装置 $U=0.5\text{HRC}, k=2$	招远市检验检测中心	2021 年 08 月 11 日	√
生产技术部	游标卡尺	4510052877	(0-300) mm	±0.03mm	卡尺量具检定装置 5 等	招远市检验检测中心	2021 年 05 月 06 日	√
生产技术部	压力表	201401150	(0-60) MPa	1.5 级	数字压力计标准装置 0.05 级	招远市检验检测中心	2021 年 05 月 06 日	√
生产技术部	压力表	411532	(0-1.6) MPa	2.5 级	数字压力计标准装置 0.05 级	招远市检验检测中心	2021 年 05 月 06 日	√
生产技术部	千分尺	071122301	(50-75) mm	±0.005mm	测微量具检定装置 4 等	招远市检验检测中心	2021 年 08 月 11 日	√
生产技术部	千分尺	071024782	(100-125) mm	±0.006mm	测微量具检定装置 4 等	招远市检验检测中心	2021 年 05 月 06 日	√
生产技术部	带表外卡规	HG-B-05	(95-115)mm	$U=5\text{ }\mu\text{m}, k=2$	量块 4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2021 年 07 月 20 日	√
生产技术部	外螺纹锥度量规	6738	JZW1	$U=4\text{ }\mu\text{m}, k=2$	校验仪 $U=3\text{ }\mu\text{m}, k=2$	宝鸡市宝石石油量规检测中心	2021 年 10 月 21 日	√
生产技术部	环规	00510818	27 / 8TBG	$U=3.4\text{ }\mu\text{m}, k=2$	圆柱螺纹量规 检定装置 $\pm(0.5\text{ }\mu\text{m} + 5 \times 10^{-6}L)$;	东营市计量测试检定所	2021 年 08 月 08 日	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准,测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备除自检外分别委托“招远市检验检测中心(计量检定机构授权证书号:(招)法计(2018)(001)号)”、“深圳中电计量测试技术有限公司(机构注册号为:CNAS L10466)”、“东营市计量测试检定所计量检定机构授权证书号:(鲁)法计(2018)(37005)号”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心(机构注册号为:CNAS L3330)”等机构检定/校准,校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 30 日下午至 2021 年 10 月 31 日下午

审核员签字:

刘永胜

部门代表签字:

柳新涛