



测量设备溯源抽查表

编号: 0196-2020-2021

企业名称	金湖县支点石油科技有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	布氏硬度计	0013	HB-3000B	$U_r=1.7\%$, ($k=2$)	标准布氏硬度块 $U_{rel}=1.0\%$, ($k=2$)	江西西平计量检测有限公司	2021.06.04	√
质量部	带表游标卡尺	ZD-T103	(0~150) mm	± 0.03 (mm)	量块 5 等	江西西平计量检测有限公司	2021.10.08	√
质量部	内径百分表	ZD-B-013	(35~50) mm	$U=4$ (μm) ($k=2$)	光栅式指示表检定仪 $U=1.0$ (μm) ($k=2$)	江西西平计量检测有限公司	2021.10.08	√
质量部	外径千分尺	ZD-D-001	(0~25) mm	$U=1.0$ (μm) ($k=2$)	量块 5 等	江西西平计量检测有限公司	2021.10.08	√
生产部	抽油杆螺纹塞规	/	B2-16	大径、中径 $U=2.0$ (μm) ($k=2$)	螺纹综合测量机 中径 $U=1.5$ ($k=2$) 大小径 $U=1.4$ ($k=2$) 直径 $U=0.4$ ($k=2$)	江苏大公计量校准技术有限公司	2020.04.20 (检定周期 24 月)	√
生产部 (装配车间)	压力表	01182964	(0~40) MPa	1.6 级	精密压力表 0.25 级	江西西平计量检测有限公司	2021.10.09	√
生产部 (仓库)	电子吊秤	D17050932	OCS-A-10T	$U_{95}=0.05$ kg ($k=2$)	砝码 8 只 M2 等级	江西西平计量检测有限公司	2021.10.9	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江西西平计量检测有限公司、江苏大公计量校准技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 20 日~10 月 21 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

陈金宝

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。