



测量设备溯源抽查表

编号: 0074-2019-2021

企业名称	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
化验室	电脑型金相显微镜	1900153	MM-158C	$U_{rel}=4.6\%k=2$	十字测微尺 (0~10) mm $U=2.0\text{mm}, k=2$	上海捷祥测控技术有限公司	2021.09.02	√
计量室	三针	/	各规格	$U=0.50\mu\text{m}, k=2$	量块 (0.5-100) mm 3 等	十堰市计量检定测试所	2021.9.7	√
计量室	杠杆千分尺	1221549	(0-25) mm	示值误差 $+1.0\mu\text{m}$	量块 (5.12-100) mm 5 等	十堰市计量检定测试所	2021.9.8	√
化验室	微机控制电子万能试验机	WDW-300M	0101	1 级	应变式标准测力仪 (30-300) kN 0.3 级	十堰市计量检定测试所	2021.9.28	√
计量室	精密压力表	9668	(0-2.5) MPa	0.4 级	活塞式压力计 (0.1-6) MPa 0.05 级	十堰市计量检定测试所	2021.8.3	√
计量室	单数显弹簧试验机	201106562	TLS-2000	1 级	应变式标准测力仪 (300-3000) N 0.3 级	十堰市计量检定测试所	2021.9.28	√
计量室	平行平晶	/	(65.5-65.87) mm	平行度最大值: $0.7\mu\text{m}$ 平面度最大值: $0.10\mu\text{m}$	标准平晶 $\Phi 150\text{mm}$ 二等	十堰市计量检定测试所	2021.7.19	√
三坐标室	三坐标测量机	18919451CA	1000.1500.800	示值误差: $2.8\mu\text{m}$ $U=(0.3+0.7L/1000)\mu\text{m} (k=2)$	量块 (30-500) mm 3 等	十堰市计量检定测试所	2021.9.29	√
物流部	电子台秤	/	SCS-(0-3) t	III 级	砝码 (5-10) kg F ₂ 等 砝码 (1-2000) g E ₂ 等 (20) kg M ₁ 等	十堰市郧阳区质量监督技术检测中心	2021.6.9	√



审核综合意见:

公司已建立最高计量标准,测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外分别委托“十堰市计量检定测试所(计量检定机构授权证书号:(鄂)法计(2017)C001号)”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心(计量检定机构授权证书号:(鄂)法计(2014)C101号)”、“上海捷祥测控技术有限公司(机构注册号:CNAS L5766)”等机构检定/校准,校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 20 日下午至 2021 年 10 月 21 日下午

审核员签字:

部门代表签字: