



德兴市市场监督管理局检验检测中心

检定证书

证书编号: LX-102212413 号

送检单位	江西金德铅业股份有限公司
计量器具名称	压力表
型号/规格	(0-1.6) MPa
出厂编号	21052756
制造单位	杭州鹤山仪表有限公司
检定依据	JJG 52-2013
检定结论	合格 (1.6 级)

(检定专用章)

批准人

核验员

检定员

检定日期 2021 年 10 月 20 日

有效期至 2022 年 04 月 19 日

计量检定机构授权证书号: (赣) 法计 (2018) 01704 号
地址: 德兴市洳水西路 8 号

电话: (0793) 7527776
邮编: 334200

德兴市市场监督管理局检验检测中心检定证书

证书编号 LX-102212413

本次检定所用计量器具其量值溯源到国家计量基准

法定计量检定机构授权证书号：(赣)法计(2018)01704号

本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部份复制本证书。

计量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书号	有效期
精密压力表 检定装置	(0~40) MPa	0.4 级	[2020] 赣量标德证 字第 04 号	2024. 10. 29
次检定所使用的主要计量标准器				
名 称	型号规格/编号	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定证书编号	有效期
精密压力表	(0~1.6) MPa /4614	0.4 级	LX101210127	2022. 5. 6

检定地点：本中心压力表检定室

环境条件：

温度：20℃ 湿度：60 %RH 其它：/

被检压力表信息：

测量上限：1.6MPa 允许误差：±0.0256 MPa 分度值：0.02MPa

检定用工作介质：变压器油

检定结果

- 1、外观检查：合格
- 2、零位误差：合格
- 3、示值误差：0.01MPa
- 4、回程误差：0.00MPa
- 5、轻敲位移：合格
- 6、指针偏转平稳性：合格
- 7、其他项目：/

以下空白

