



测量设备溯源抽查表

编号: 0194-2020-2021

企业名称	宁波世茂铜业股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	电子汽车衡	Y04994 46EJ	SCS-80/(0 ~80)t/e=2 0kg	Ⅲ	砝码: M ₁ 级	余姚市质量检验检测中心	2021.05. 07	√
品管部	电子地上衡	B34906 1458	SCS-5t	Ⅲ	砝码: M ₁ 级	宁波市计量测试研究院	2021.09. 06	√
品管部	电导率仪	1011016	DDS-307	MPE:± 2%FS	氯化钾电导氯溶液标准物质: $U_{rel}=0.25\% k=2$	宁波市计量测试研究院	2021.09. 06	√
品管部	砝码	1#	500kgFe 共 1 个	M ₁ 级	砝码: F ₂ 级	宁波市计量测试研究院	2021.08. 04	√
品管部	钢直尺	/	1500mm	MPE: ±27mm	三等标准金属线纹尺: 3 等	宁波市计量测试研究院	2021.09. 13	√
品管部	可燃气体检测报警器	203079 9	FS100-E X	MPE: ±5%FS	空气中甲烷气体标准物质: $U_{rel}=1\% , k=2$	宁波市计量测试研究院	2020.11. 11	√
品管部	直流电阻测量仪	010846	PC36C	准确度等级: 0.1%	大功率模拟电阻: 电阻: MPE:±0.05% 电流: 0.2 级	宁波市计量测试研究院	2021.09. 06	√
品管部	电脑导体电阻测量仪	DZY11 0422	DZY-100	MPE: ±0.05%	大功率模拟电阻: 电阻: MPE:± 0.05% 电流: 0.2 级	宁波市计量测试研究院	2021.09. 06	√
品管部	电解分析器	45	44B	2.5 级	电压: MPE:± 0.1% 电流: MPE:± 0.1%	宁波市计量测试研究院	2021.09. 06	√
品管部	微机控制电子万能试验机	1131104 2	CMT5504	1.0 级	标准测力仪: 0.3 级	宁波市计量测试研究院	2021.09. 06	√
品管部	环境监测用 X、γ 辐射空气比释动能率仪	11-0359 51	BS9511	MPE: ±15%	剂量计: $U_{rel(\gamma)}=3.2\% , k=2$ 剂量仪: $U_{rel(x)}=2.5\% , k=2$	上海市计量测试技术研究院	2021.04. 19	√



审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托余姚市质量检验检测中心、宁波市计量测试研究院、上海市计量测试技术研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 审核日期: 2021 年 10 月 15 日上午至 2021 年 10 月 16 日上午

审核员签字: 忻路兵

部门代表签字: 沈利军

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。