编号： 1078-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	广东海盛建设工程集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
工程组	水准仪	C80450	MC-2034	DSZ3 级	经纬仪检定装置：$U=0.1''$ $k=2$	广东省江门市质量计量监督检测所	2021 年 08 月 20 日	√
工程组	经纬仪	202071	FDT-02	II 级	经纬仪检定装置：$U=0.1''$ $k=2$	广东省江门市质量计量监督检测所	2021 年 08 月 20 日	√
工程组	游标卡尺	3735754	（0～300）mm	±0.04mm	量块：5 等	沈阳计量测试院	2020 年 11 月 13 日	√
工程组	游标卡尺	2741297	（0～200）mm	±0.03mm	量块：5 等	沈阳计量测试院	2020 年 11 月 13 日	√
工程组	游标卡尺	522528	（0～150）mm	±0.02mm	量块：5 等	沈阳计量测试院	2020 年 11 月 13 日	√
工程组	卷尺	TDL-03	10m	±（0.3+0.2L）mm	标准钢卷尺：MPE:±（0.3+0.2L）mm	沈阳计量测试院	2020 年 11 月 15 日	√
工程组	卷尺	TDL-04	5m	±（0.3+0.2L）mm	标准钢卷尺：MPE:±（0.3+0.2L）mm	沈阳计量测试院	2020 年 11 月 15 日	√
工程组	钢直尺	TDL-10	1000mm	± 0.20mm	三等标准金属线纹尺：三等	沈阳计量测试院	2020 年 11 月 15 日	√

审核综合意見：

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由工程部负责溯源。公司测量设备全部委托广东省江门市质量计量监督检测所、沈阳计量测试院等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由工程部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期： 2021 年 10 月 18 日～ 10 月 19 日

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。