



测量设备溯源抽查表

编号: 0127-2020-2021

企业名称	胜利油田鸿兴科贸有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	内螺纹牙型高度测量仪	HXLL-015	WGN	$U=4\mu\text{m}$ $k=2$	检验仪: $U=0.8\mu\text{m}$ $k=2$	山东省计量科学研究院	2021.8.20	√
质检部	邵氏硬度计	HXLL-024	HBST-3000	$U=0.1\text{HA}$ $k=2$	标准砝码: F1	山东省计量科学研究院	2021.8.20	√
质检部	拉力计	HXLL-029	HD-10	$\pm 1\%$ $U_{\text{rel}}=0.3\%$ $k=2$	标准测定仪: 0.5%	山东省计量科学研究院	2021.8.20	√
质检部	油管螺纹量规	HXLL-010	HZ-208	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	高度仪校准规: ($2.0+3L/1000$) μm	山东省计量科学研究院	2021.8.20	√
质检部	超声波测厚仪	HXLL-023	DR360	$\pm 0.05\text{mm}$	标准样块: 3 等	山东省计量科学研究院	2021.8.20	√

审核综合意见:

公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源，测量设备全部委托“山东省计量科学研究院”进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 22 日下午~2021 年 10 月 23 日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 王志刚



扫描全能王 创建