





测量设备溯源抽查表

编号: 0215-2020-AA-2021

企业名称 江西忠塑管业有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	落锤冲击试验机	JXZS-SY-13-01-A	XJL-300B	质量: $U=8g$; 高度: $U_{rel}=0.3\%$ ($k=2$)	钢直尺 $U=0.09mm$; 电子天平 $U=0.5g$ ($k=2$)	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 04 月 03 日	√
技术部	游标卡尺	T15100005	(0~150) mm	$U=0.01mm$ ($k=2$)	量块 4 等	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 08 月 03 日	√
技术部	钢卷尺	GJC01	10m	$U=0.1mm+0.7 \times 10^{-4}L$ ($k=2$)	标准钢卷尺 MPE: $\pm (0.03+0.03L)$ mm	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 08 月 03 日	√
技术部	微控型电子万能试验机	JXZS-SY-02-01-A	WDT-W-20KN	$U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$)	标准测力仪 0.3 级	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 08 月 03 日	√
技术部	电子天平	JXZS-SY-04-02-B	FA2004	$U=1.0mg$ ($k=2$)	砝码 F_1 级	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 08 月 03 日	√
技术部	电热鼓风干燥箱	JXZS-SY-08-01-B	DHG-907 0A	温度 $U=0.6^{\circ}C$ ($k=2$)	数据采集器 $U=0.20^{\circ}C$ ($k=2$)	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 08 月 03 日	√
技术部	π 尺	200525	ϕ (50~300) mm	$U=0.1mm$ ($k=2$)	标准钢卷尺 MPE: $\pm (0.03+0.03L)$ mm; 砝码 F_1 级; 百倍镜 $U=0.003 \mu m$ ($k=2$)	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 08 月 03 日	√
技术部	π 尺	200502	ϕ (600~900) mm	$U=$ ($0.01+0.03L$) mm ($k=2$)	标准钢卷尺 MPE: $\pm (0.03+0.03L)$ mm; 砝码 F_1 级; 百倍镜 $U=0.03 \mu m$ ($k=2$)	深圳品信检测科技有限公司	2021 年 08 月 03 日	√

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)
公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳品信检测科技有限公司机构检定/校准, 校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 29 日 上午至 2021 年 10 月 29 日 下午

审核员签字:  部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。