



编号: 1006-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 深圳市安车检测股份有限公司 |           |            |                                                                     |                                                                                                            |                |           |           |
|------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 部门   | 测量设备名称        | 测量设备编号    | 型号规格       | 测量设备计量特性                                                            | 测量标准装置名称及技术参数                                                                                              | 检定/校准机构        | 检定/校准日期   | 符合打√不符合打× |
| 品质部  | 数字万用表         | 098597227 | VC890D     | DCV:±0.005%<br>ACV:±0.05%<br>DCI:±0.01%<br>ACI:±0.1%<br>OHMS:±0.01% | 数字多用表检定装置:<br>DCV:U=2V, k=2<br>ACV:U=2V, k=2<br>DCI:U=0.02A, k=2<br>ACI:U=0.02A, k=2<br>OHMS:U=0.02MΩ, k=2 | 山东省计量科学研究院     | 2021.7.20 | √         |
| 生产部  | 空盒气压表         | 04L6198   | DYM3       | U=0.6hPa<br>k=2                                                     | 空盒气压表(计)检定装置:<br>±0.3hPa                                                                                   | 山东省计量科学研究院     | 2021.1.26 | √         |
| 生产部  | 游标卡尺          | 19058187  | (0-300)mm  | ±0.04mm<br>U=0.02mm<br>k=2                                          | 量块:<br>4等                                                                                                  | 山东涌达设备检测技术有限公司 | 2021.9.18 | √         |
| 生产部  | 游标深度卡尺        | 1104625   | (0-300)mm  | U=0.02mm<br>k=2                                                     | 量块:<br>4等                                                                                                  | 山东涌达设备检测技术有限公司 | 2021.9.18 | √         |
| 品质部  | 数字转速表         | 095495667 | DM6234P    | Urel=0.1%, k=2                                                      | 标准转速发生装置:<br>Urel=1.0×10 <sup>-4</sup> , k=3                                                               | 山东涌达设备检测技术有限公司 | 2021.9.18 | √         |
| 生产部  | 外径千分尺         | GD086466  | (25-50)mm  | ±0.004mm                                                            | 测微量具检定装置:<br>4等                                                                                            | 济南市计量检定测试院     | 2021.9.18 | √         |
| 品质部  | 内径千分尺         | D20588    | (50-600)mm | U=(0.7+4.7L)μm, k=2                                                 | 测微量具检定装置:<br>4等                                                                                            | 济南市计量检定测试院     | 2021.9.18 | √         |

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。测量设备全部委托山东省计量科学研究院、山东涌达设备检测技术有限公司、济南市计量检定测试院进行检定校准，检定校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 28 日上午~ 2021 年 10 月 29 日下午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 刘守珩