



编号: 1085-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营恒旭石油装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	外径千分尺	自编 01	(25-50)mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=0.0012\text{mm}$ ($k=2$)	量块: 4 等	深圳华科 计量检测 技术有限公司	2021.06.25	√
生产技术部	游标卡尺	自编 01	(0~150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ ($k=2$)	量块: 4 等	深圳华科 计量检测 技术有限公司	2021.06.25	√
生产技术部	万用表	自编 02	UT60A-C N	DCV: $\pm 0.5\%$ $U_{\text{rel}}=0.022\%$ ACV: $\pm 0.8\%$ $U_{\text{rel}}=0.034\%$ DCI: $\pm 0.8\%$ $U_{\text{rel}}=0.09\%$ ACI: $\pm 1.0\%$ $U_{\text{rel}}=0.20\%$ ($k=2$)	多功能校准源: DCV: $U_{\text{rel}}=0.0004\%$ ACV: $U_{\text{rel}}=0.007\%$ DCI: $U_{\text{rel}}=0.001\%$ ACI: $U_{\text{rel}}=0.04\%$ ($k=2$)	深圳华科 计量检测 技术有限公司	2021.06.25	√
审核综合意见: 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司进行校准，校准证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 10 月 21 日上午~2021 年 10 月 22 日上午								
审核员签字: 刘复荣			部门代表签字: 刘敏					