



测量设备溯源抽查表

编号: 0172-2020-2021

企业名称	上海净卓环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测技术部	液相色谱仪	818534	UItiMate 3000	Urel=7% (k=2)	液相色谱检定用标准物质, Urel=4% (k=2)	上海市质量监督检验技术研究院	2021.6.22	√
检测技术部	紫外可见分光光度计	365K8120302	Lambda3 65	U=0.5nm, k=2	透射比: U=0.3%(k=2) 波长: U=0.4nm(k=2)	上海市质量监督检验技术研究院	2021.3.10	√
检测技术部	双路大气采样器	190391	TQ-1000	Urel=1.3% (k=2)	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校准装置: ±1%	上海市质量监督检验技术研究院	2021.3.14	√
检测技术部	电感耦合等离子体发射光谱仪	079C18092602	Avio 200	Ba:U=0.0001 mg/L, k=2 Cr:U=0.0003 mg/L, k=2 Cu:U=0.0003 mg/L, k=2 Mn:U=0.0001 mg/L, k=2 Ni:U=0.0003 mg/L, k=2 Zn:U=0.0003 mg/L, k=2	ICP 光谱仪检定用标准物质 Urel=2% (k=2)	上海市质量监督检验技术研究院	2021. 8.26	√
检测技术部	数字式精密气压表	08I10762	FYP-1	Urel=0.6hPa (k=2)	现场全自动压力校验仪 0.01 级	上海市质量监督检验技术研究院	2021.4.14	√
检测技术部	电子天平	B819806332/201903017GJ	ME204,2 200g/0.1 mg	Ⓘ	天平检定装置 E ₂	上海市质量监督检验技术研究院	2021.3.10	√
检测技术部	压力表	20-7064	(0-0.4) MPa	1.6 级	0.05 级数字压力计标准装置	上海市质量监督检验技术研究院	2021.9.8	√
检测技术部	声级计	10333339	AWA622 8	1 级	电声标准装置声信号: 声压级: 频率计	上海市计量测试技术研究院	2021.8.3	√



权:U=0.4dB
~1.0dB(k=2)
,在参考频
率上:
U=0.12dB(k
=2)【压力
场】:灵敏
度级频率响
应:
U=0.4dB~1.
0dB(k=2);
电型号:灵
敏度级频率
响应:
U=0.16dB~0
.61dB(k=2);

审核综合意见:

企业未建立最高计量标准,所查测量设备均上海市质量监督检验技术研究院、上海市计量测试技术研究院检定 / 校准。现场抽查 8 份检定校准证书,符合要求。

审核日期: 2021 年 10 月 27 日~ 10 月 28 日 上午

审核员签字: 黄云华

部门代表签字: 靳张齐

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。