

德清县质量技术监督检测中心

检定证书



证书编号: LH-2021110002 号

送 检 单 位 浙江大姆山食品有限公司

计 量 器 具 名 称 电子计价秤

型 号 / 规 格 ACS-30kg

出 厂 编 号 82034

制 造 单 位 永康市香海衡器厂

检 定 依 据 JJG539-2016

检 定 结 论 合格

批准人:

章 扶

核验员:

施 月 亮

检定员:

马 力 军

(检定专用章)

检定日期

2021 年 11 月 01 日

有效期至

2022 年 10 月 31 日

计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2018) 33046 号
地址: 德清县武康镇舞阳街 208 号
传真: 0572-8078041

电话: 0572-8078042
邮编: 313200
电子邮件: DQJL39@163.com

1、本中心是国家法定计量检定机构,经浙江省质量技术监督局考核,符合 JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求。

2、本次检定所用计量标准:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	计量标准 证书编号	有效期至
非自动衡器检定装置	10g~100t	M ₁ M ₂ 等级	[1984] 湖量标 德证字第 004 号	2026-07-19

3、本次检定所用主要标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至
砝码	25kg×600	M ₁ 等级	LP-2020120033	2021-12-29
砝码	1kg~100mg	M ₁ 等级	LP-2020120031	2021-12-29
砝码	1kg~100mg	M ₁ 等级	LP-2020120032	2021-12-29
砝码	5kg×10	M ₁ 等级	LP-2020120026	2021-12-29

4、检定地点、环境条件:

地点: 现场

温度: 20 °C

相对湿度: 55 %

5、检定结果

最大称量: $Max=30kg$, 检定分度值: $e=d=10g$

检定项目	检定结果	要求
通用技术要求的检查	符合	/
置零准确度	2g	$\pm 2.5g$
去皮准确度	1g	$\pm 2.5g$
称量	$0e \leq m \leq 500e$	2g
	$500e < m \leq 2000e$	1g
	$2000e < m \leq Max$	4g
去皮后的称量	$0e \leq m \leq 500e$	2g
	$500e < m \leq 2000e$	1g
	$2000e < m \leq Max$	4g
重复性	$1/2 (Max)$	1g
偏载	$1/3 (Max)$	1g
鉴别阈	合格	有变化

计量器具的准确度等级或不确定度或最大允许误差: 符合Ⅱ级秤检定的要求。

以下空白