



测量设备溯源抽查表

编号: 0219-2020-2021

企业名称	山东环海塑业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
实验室	炭黑分散度测试仪	20191127001 5	TH3600L	$\pm 5\%$ $U_{rel}=2\%, k=2$	标准测微尺: $U=1.0\mu m, k=2$	深圳新广行检测技术有限公司	2021.05.10	√
实验室	壁厚千分尺	17000657	(0-25) mm	$\pm 4\mu m$ $U=0.0014mm, k=2$	量块: 4 等	深圳新广行检测技术有限公司	2021.05.10	√
实验室	游标卡尺	SL20160316 459C	(0-150) mm	$\pm 0.03mm$ $U=0.01mm, k=2$	量块: 5 等	深圳新广行检测技术有限公司	2021.05.10	√
实验室	差式扫描量热仪	HHJC01	DSC-500B	温度 $\pm 3^\circ C$; $U=0.8^\circ C, k=2$ 热量 $\pm 8^\circ C$ $U_{rel}=1.5\%, k=2$	热分析标准物质锡铅 铝硝酸钠: $U=(0.06-0.46)^\circ C, k=2$	山东龙成检测技术有限公司	2021.05.10	√
实验室	电子天平	F1019380197 256	BSM-220. 4	$\pm 0.0015g$ $U=0.15mg, k=2$	砝码: E2 级	深圳新广行检测技术有限公司	2021.05.10	√
实验室	加热烘箱	301103	XGX-300	$\pm 3^\circ C$ $U=(0.5-1.0)^\circ C, k=2$	数据采集器: $U=0.2^\circ C, k=2$	深圳新广行检测技术有限公司	2021.05.10	√
生产部	耐震压力表	083633155	Y-60	2.5 级	数字压力计标准 装置: 0.05 级	东营市河口区计量检定测试所	2021.05.10	√
实验室	管材静液压试验机	2006037	JJHBT-220 6	$U_{rel}=0.3\%, k=2$	活塞式压力计: 0.05 级	深圳新广行检测技术有限公司	2021.05.10	√
实验室	微机控制电子万能试验机	175	WDW-50J	$\pm 0.5\%$ $U_{rel}=0.4\%, k=2$	标准测力仪: 0.3 级	深圳新广行检测技术有限公司	2021.05.10	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《溯源性管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由实验室负责溯源。公司测量设备全部委托深圳新广行检测技术有限公司、山东龙成检测技术有限公司、东营市河口区计量检定测试所等机构检定/校准,校准/检定证书由实验室保存。根据抽查情况,该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 10 月 23 日下午~2021 年 10 月 24 日上午								
审核员签字: 刘复军 部门代表签字: 袁国涛								