



编号: 0158-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	南方智水科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量中心		陪同人员: 厉腴栋	
不符合事实描述: 现场查见质量中心编号 FWFP-01-019 的压力变送器标识为校准证, 未见计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>孙岳</u> 陪同人员(签名) <u>厉腴栋</u> 企业部门代表(签名) <u>厉腴栋</u> 日期: 2021.10.26			
纠正措施: <u>继续学习标准和体系文件要求, 按照测量设备标识的要求进行整改, 更换计量确认合格标识, 同时举一反三对现场测量设备标识进行检查, 发现问题及时纠正, 避免问题重复发生。</u> 企业部门代表签名: <u>厉腴栋</u> 审核员签名: <u>孙岳</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效</u> 审核组代表签名: <u>孙岳</u> 日期: 2021.10.27			

可另附页