



编号: 0260-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	天津金顺科技发展股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质安部		陪同人员: 郝建刚	
不符合事实描述: 质安部提供的编号 K19C190280, 测量范围 (0~300) mm 游标卡尺, 校准日期 2021.04.23, 未能提供计量确认过程记录。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 计量确认过程记录</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>郝建刚</u> 企业部门代表(签名) <u>郝建刚</u> 日期: 2021. 11. 26			
纠正措施: 1、按要求对“编号 K19C190280, 测量范围 (0~300) mm 游标卡尺”依据的校准证书给出的校准结果进行计量验证。是否满足使用的计量要求, 确认合格后粘贴计量确认标识, 投入使用。 2、对企业所有的计量确认过程进行排查, 保存计量确认过程记录。以追溯。 3、组织对相关人员对该条款进行培训。 企业部门代表签名: <u>郝建刚</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021. 11. 26			

可另附页