



编号: 1073-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市三水乐福米业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	机械天平	9532	TG328A	III 级	砝码, M1 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.07.07	√
质检部	干燥箱	0249	202-1	±2℃	多点温度测试仪, 0.5 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.07.07	√
生产部	定量包装秤	200806960	DCS-50A	X (0.5) 级	砝码, M1, M2 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.07.07	√
生产部	电子汽车衡	ZF012715	SCS-100	III 级	砝码 M1, M2 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.07.07	√
生产部	定量包装秤	1611141	DCS-50FB	X (0.5) 级	砝码, M1, M2 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.07.07	√
生产部	电子台秤	1903072139	XK3190-A12 E(100kg)	III 级	砝码, M1, M2 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.07.07	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认过程控制程序》、《外部供方控制程序》、《量值溯源控制程序》和《测量设备控制程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司测量设备实施委外检定/校准，检定/校准机构主要为佛山市质量计量监督检测中心。公司的测量设备统一由质检部组织送外校准/检定，校准/检定机构已按文件规定进行选择并评价，校准/检定证书统一由质检部分别自行保存。抽查证书 6 套，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 10 月 23 日下午~10 月 24 日

审核员签字:

喻荣秋

部门代表签字:

郭明华

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



扫描全能王 创建