



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

编号: 1102-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	中钞特种防伪科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量部	电子天平	33110142	MA100C-00230V1	II 级	E2、F1、M1 等级砝码	北京中科溯传检测技术有限公司	2021.9.14	√
技术质量部	游标卡尺	50171	(0~830) mm/0.01mm	$U=0.03\text{mm}$ ($k=2$)	量块, 五等 量块, 四等	北京中科溯传检测技术有限公司	2021.9.8	√
制作一部	钳形表	31190135 WS	316	电压: $U_{rel}=0.5\%$ 电流: $U_{rel}=1\%$ 电阻: $U_{rel}=0.2\%$ ($k=2$)	多功能校准源: DCV: $\pm (1.1\sim 2) \times 10^{-5}$ ACV: $\pm (1.5\sim 3) \times 10^{-4}$ DCI: $\pm (1\sim 10) \times 10^{-4}$ ACI: $\pm (4\sim 12) \times 10^{-4}$ DCR: $\pm (2.8\sim 50) \times 10^{-5}$	北京市计量检测科学研究院	2021.9.23	√
制作一部	钳形接地电阻测试仪	QZY11094 39	ETCR2000	$U=4.0\Omega$ ($k=2$)	旋转式精密直流电阻箱: MPE: $\pm (0.01\%\sim 5\%)$; 接地电阻表检定装置: MPE: $\pm 0.05\%\sim \pm 20\%$;	北京市计量检测科学研究院	2021.9.18	√
制作一部	数字多用表	34620156 WS	1508	电阻: $U_{rel}=2 \times 10^{-2}$ 电压: $U_{rel}=2 \times 10^{-2}$ ($k=2$)	绝缘电阻表检定装置: 电阻: $\pm (0.2\%\sim 5\%)$ 电压: $\pm 1.0\%$	北京市计量检测科学研究院	2021.9.18	√
制作一部	红外测温仪	34830426 WS	561	30℃: $U=0.6^\circ\text{C}$ 200℃: $U=1.1^\circ\text{C}$ ($k=2$)	精密铂电阻温度计: $U=0.02^\circ\text{C}$ 标准光电高温计: 标准 辐射温度计: $U=$	北京市计量检测科学研究院	2021.9.18	√



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

					(0.3~1.6) °C (k=2)			
制作一部	温湿记录仪	0823430	Cos-03	温度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 湿度: 1.1%RH (k=2)	精密露点仪: 露点: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 温度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (k=2)	北京市计量检测 科学研究院	2021.9.23	√
制作一部	砝码	/	10kg	M1 等级	F1 等级砝码组标准装置	北京市计量检测 科学研究院	2021.9.27	√
制作一部	电子天平	D3(H)015 895	Jy20002	(0-2000)g, $U=87\text{mg}$, k=2	砝码(1-500)gE ₂ 等级 砝码(1-5)kgF ₁ 等级 砝码(10-20)kgM ₁ 等级	北京中科溯传检测技术有限公司	2021.8.12 (周期 24 月)	√
制作一部	PH 计	52910	SX-620	(0.00- 12.00)PH, $U=0.08$, k=2	混合磷酸盐 (pH=6.86,25°C) $U=0.01$, k=3 硼砂 (pH=9.18,25°C) $U=0.01$, k=3 邻苯二甲酸氢钠 (pH=4.00,25°C) $U=0.01$, k=3	北京市计量检测 科学研究院	2020.9.20 (周期 24 月)	√
制作一部	数显千分尺	65369398	(0-25)mm	$U=0.002\text{mm}$, k=2	量块(5.12-100)mm 三等 量块(50-500)mm 四等	北京市计量检测 科学研究院	2021.9.15	√
制作一部	邵氏硬度计	81251806 8094	LX-A	$U=0.08\text{N}$, k=2	测力仪(0.1-10)N,MPE $\pm 8\text{mN}$ 量块 1.25mm,三等 投影仪(0- 100)mm, $U=1.5\mu\text{m}$ (k=2)	北京市计量检测 科学研究院	2021.9.18	√
技术质量部	数字温湿 度计	09274451 9	VICTOR 231	温 度: $U=0.2^{\circ}\text{C}$, k=2 湿 度: $U=1.1\%\text{RH}$, (k=2)	精密露点仪 露点:(-35~+50)°C, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 温度:(-50~+100)°C, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	北京市计量检测 科学研究院	2021.9.23	√
制作一部	数显卡尺	A1503423 1	(0-150)mm	70mm 内示值 误差: $\pm 0.02\text{mm}$	量块(10-291.8)mm 五等 量块(0.5-100)mm 三等	北京市计量检测 科学研究院	2021.9.15	√



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

				150mm 内示 值误差:± 0.03mm				
光学 产品 开发 室	电子天平	00324906 21	SECURA5102 -1CN	$U=87\text{mg}$ ($k=2$)	E2、F1、M1 等级砝码	北京中科溯传检 测技术有限公司	2022. 8. 12	√
光学 产品 开发 室	电子天平	21042162 9	CHS-D+R	II 级	E2、F1、M1 等级砝码	北京市计量检测 科学研究院	2022. 8. 12	√
制作二 部(河北 分部)	电子天平	JM042515	(0~200) g	$0 \leq e \leq 50\text{g}$ $\pm 0.0005\text{g}$ $50 < e \leq 200\text{g}$ $\pm 0.0010\text{g}$	砝码: F ₁ 等级砝码	苏州国方校准测 试技术有限公司	2022 年 07 月 15 日	√
运营保 障部(河 北分部)	压力表	7279	(0~1) MPa	1.6 级	精密压力表检定装 置: 0.05 级	保定市计量测试 所	2022 年 05 月 27 日	√
安全保 卫部(河 北分部)	泵吸式复 合气体检 测报警器	21081300 9	GAStiger200 0	±10%	氮中硫化氢气体标准 物质: (0~313)u mol/mol: $U=2\%$ $k=2$ 全自动高精度气体稀 释混合装置: MPE: ± 0.5%	北京市计量检测 科学研究院	2021 年 11 月 19 日	√
技术质 量部(河 北分部)	水分萃取 测定仪	D4298371 31	C20D	±0.050%	液体水分标准物质: $U=0.013\%$ $k=2$	苏州国方校准测 试技术有限公司	2022 年 07 月 15 日	√
技术质 量部(河 北分部)	电子天平	15113425	CH-300 (0~300) g	$0 \leq e \leq 50\text{g}$ $\pm 0.0005\text{g}$ $50 < e \leq 200\text{g}$ $\pm 0.001\text{g}$ $200 < e \leq$ 220g $\pm 0.0015\text{g}$	砝码: F ₁ 等级砝码	苏州国方校准测 试技术有限公司	2022 年 07 月 15 日	√
技术质 量部(河 北分部)	影像测量 仪	070054	VM-3020	X 轴: $U=2\%$ $k=2$ Y 轴: $U=2\%$ $k=2$	玻璃尺: $U=$ (0.20+1.5L) um $k=3$	苏州国方校准测 试技术有限公司	2022 年 07 月 15 日	√
技术质 量部(河 北分部)	泵吸式复 合气体检	21081300 9	GAStiger200 0	±10%	氮中硫化氢气体标准 物质: (0~313)u	北京市计量检测 科学研究院	2021 年 11 月 19 日	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

北分部)	测报警器				mol/mol: $U=2\% k=2$ 全自动高精度气体稀 释混合装置: MPE: $\pm$ 0.5%			√
运营保 障部(河 北分部)	压力表	7281	(0~1) MPa	1.6 级	精密压力表检定装 置: 0.05 级	保定市计量测试 所	2022 年 05 月 27 日	√
运营保 障部(河 北分部)	电子台秤	0422196	TST-1000	$0 \leq e \leq 50g$ $\pm 0.25kg$ $50 < e \leq 200g$ $\pm 0.50kg$	砝码: F_1 等级砝码	苏州国方校准测 试技术有限公司	2022 年 07 月 15 日	√
制作二 部(河北 分部)	砝码	5803	200g	$\pm 3.0mg$	砝码: F_1 等级克组毫 克组砝码	保定市计量测试 所	2021 年 10 月 25 日	√
运营保 障部(河 北分部)	电磁流量 计	F095689N	HQLDG- 100/DN100	0.5 级	静态容积法水流量标 准装置: $U=0.09\% k=2$	承德市浚通计量 检测服务有限公司	2021 年 09 月 24 日	√
运营保 障部(河 北分部)	气体涡街 流量计	20050120 1306	LWQ-100- G250	1.5 级	移动式气体流量检定 装置: $U_{ref}=0.5\% k=2$	河北省计量监督 检测院	2020 年 10 月 13 日 (检定周期 24 月)	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

已制定《测量管理办法》、《测量设备管理办法》、《测量过程控制管理办法》。企业未建计量标准, 测量设备由运营保障部负责溯源并保管证书。测量设备委托“北京市计量检测科学研究院、北京中科溯传检测技术有限公司、河北省计量监督检测院、保定市计量测试所、苏州国方校准测试技术有限公司”等机构进行进行检定/校准, 随机抽查 28 台测量设备, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 25 日-8 月 26 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。