



测量设备溯源抽查表

编号: 0221-2020-2021

企业名称	开封市宏达变速机械有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	洛氏硬度计	0089	HR-150 A	$\pm 1.5\text{HRC}$ $U=0.92\text{HRC}, k=2$	洛氏硬度块: $U=0.2\text{HRC } k=2$	深圳品信检测科技有限公司	2020.11.20	√
质量部	液压万能材料试验机	1875	WD600	$\pm 2\%$ $U_{\text{rel}}=0.5\%, k=2$	测力传感器: 0.3 级	深圳品信检测科技有限公司	2020.11.20	√
质量部	光谱仪	11608	DF-400	$U_{\text{rel}}=3.5\%, k=2$	纯铁标准物质: $U_{\text{rel}}=0.001\%, k=2$ 合金钢 65Mn 标准物质: $U_{\text{rel}}=0.004\%, k=2$	深圳品信检测科技有限公司	2020.11.20	√
质量部	显微维氏硬度计	VA476	401MVA	$U_{\text{rel}}=1.5\%, k=2$	维氏硬度块: 654HV3: $U_{\text{rel}}=1.6\%$, $k=2$	深圳品信检测科技有限公司	2020.11.20	√
质量部	三坐标测量机	105001	500×300×400	$U=(0.7+1L/1000)\mu\text{m}, k=2$	量块: 4 等	深圳品信检测科技有限公司	2020.11.20	√
质量部	量块	192940	20 块组	4 等量块	三等量块标准装置: 3 等	河南省计量科学研究院	2021.08.16	√
质量部	游标卡尺	18119196	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	量块 8 块: 4 等 量块 12 块: 5 等	河南省计量科学研究院	2021.07.14	√
生产部	压力表	2007110	(0-1.6) MPa	1.6 级	智能压力校验仪: 0.05 级	河南省计量科学研究院	2021.11.15	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳品信检测科技有限公司(认可证书号: CNAS L9269)”、“河南省计量科学研究院(计量检定机构授权证书号: (国) 法计(2017) 01031 号)”进行检定校准”, 检定校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 16 日下午—2021 年 11 月 17 日下午

审核员签字:

部门代表签字: