



编号: 0221-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	开封市宏达变速机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:质量部 陪同人员:史永军			
不符合事实描述: 查实验室型号规格为 WS2080A 的“温湿度表”的检定证书, 检定证书编号为“热字第 202107-03 号”, 证书上“检定所使用的计量标准”中“不确定度/准确度等级/最大允许误差”一栏为“空白”, 溯源性不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒ 审核员(签名) <u>鞠永彬</u> 陪同人员(签名) <u>史永军</u> 企业部门代表(签名) <u>史永军</u> 日期: 2021 年 11 月 17 日			
纠正措施: 已及时和检定机构联系, 明天安排人员将此表和证书一并送到该机构进行重新检定, 并举一反三的查找类似问题, 进行整改。 企业部门代表签名: <u>史永军</u> 审核员签名: <u>鞠永彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠永彬</u> 日期: 2021 年 11 月 17 日			

可另附页