



测量设备溯源抽查表

编号: 0168-2019-2021

企业名称		许昌帝豪实业公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产管理部	地中衡	780	ZGT-20 型	III级	M1 级标准砝码 M1 级	许昌市质量技术监督检验检测中心	2021.06.16	√
生产管理部	压力表	3305	(0~1.6) MPa	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	许昌市质量技术监督检验检测中心	2021.06.22	√
研发中心	纸管抗压试验机	AFGY-181121	AF-GY	±1% $U_{rel}=0.4\%, k=2$	标准测力仪: 0.3 级	广州力赛计量检测有限公司	2021.10.22	√
研发中心	游标卡尺	T8847	(0-150) mm	±0.03mm $U=0.01mm; k=2$	量块: 4 等	广州力赛计量检测有限公司	2021.10.22	√
研发中心	固含量检测仪	CSY19001989	CSY-G3	$U=0.003g; k=2$	F1 级砝码 F1 级	广州力赛计量检测有限公司	2021.10.22	√
生产部	电子天平	37722051	BSM-220.3	$U=0.003g; k=2$	F1 级砝码 F1 级	广州力赛计量检测有限公司	2021.10.22	√
生产部	温湿度表	J-7605	GJWS-A2	温度: $U=0.5^{\circ}C; k=2$ 湿度: $U=2\%; k=2$	精密光电 冷镜式露点仪 $U=0.29^{\circ}C; k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2021.10.28	√
研发中心	可勃吸水器	1303014	ZB-Cobb125	压辊质量 $U=0.3kg; k=2$	电子天平 II 级	广州力赛计量检测有限公司	2021.10.22	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由生产管理部负责溯源。公司测量设备全部委托“广州力赛计量检测有限公司(认可证书号: CNAS L7127)”、“许昌市质量技术监督检验检测中心(计量检定机构授权证书号: (豫) 法计(2018) 410011 号)”、“东莞市帝恩检测有限公司(认可证书号: CNAS L6483)”进行检定校准”, 检定校准证书由生产管理部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 18 日上午—2021 年 11 月 19 日下午

审核员签字:

部门代表签字: