



编号: 0228-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	郑州永邦测控技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量部	陪同人员:	卢江超
不符合事实描述: 查质量部的出厂编号为 zdjd02, 型号规格为 4m 的液位仪自动精准校准台, 未纳入《检验设备台账》进行管理。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>李艳平</u> 陪同人员(签名) <u>卢江超</u> 企业部门代表(签名) <u>王中进</u> 日期: 2021 年 10 月 26 日			
纠正措施: 1. 将液位仪自动精准校准台 zdjd02 纳入《检验设备台账》进行管理 2. 将公司检验设备进行逐一进行排查, 有无遗漏。 企业部门代表签名: <u>王中进</u> 审核员签名: <u>李艳平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021年10月26日</u>			