



编号: 0116-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	大连华科机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术质量部		陪同人员: 朱莉俊	
不符合事实描述: 企业新增测量设备检定校准服务供方《大连江南计量检测院有限公司》，但未对该服务供方是否满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择, 不符合 GB/T19022-2003 标准条款 6.4 外部供方。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022-2003 标准条款 6.4 外部供方 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√___; 审核员(签名) <u>王磊</u> 陪同人员(签名) <u>朱莉俊</u> 企业部门代表(签名) <u>郑世</u> 日期: 2021. 10. 26			
纠正措施: 已对服务供方是否满足文件规定要求进行评价和选择。 企业部门代表签名: <u>郑世</u> 审核员签名: <u>王磊</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施实施符合要求符合规定。 审核组代表签名: <u>王磊</u> 日期: 2021. 10. 26			

可另附页