



测量设备溯源抽查表

编号: 0093-2019-2021

企业名称	江苏鼎盛新能源材料股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	全电子汽车衡	Q00393-6DS	SCS-100	III级	非自动自动衡器检定装置 M ₁ ~M ₁₂ 等级	镇江市计量检定测试中心	2021-9-18	√
品质部	数显微米千分尺	05122089	(0~25) mm	±0.002mm	测微类量具检定装置 83 块组: 4 等、5 等 20 块组: 4 等、5 等	镇江市计量检定测试中心	2021-10-19	√
品质部	拉力试验机	337-01113-01	AG-Xplus(1kN)	500N: $U_{rel}=0.054\%$ $k=2$	标准测力仪 0.03 级	江苏省计量科学研究院	2021-5-26	√
装备部	压力表	3322	Y-100	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	镇江市计量检定测试中心	2021-8-18	√
品质部	电子天平	D11002914	FA2004	I 级	天平检定装置 E2 等级 1mg-500g F1 等级:1mg-30kg F2 等级:1mg-50kg	镇江市计量检定测试中心	2020-12-4	√
品质部	直读光谱仪	950/JC0012	ARL MA	Cu: $U_{rel}=0.001$ Mg: $U_{rel}=0.001$ Mn: $U_{rel}=0.001$ Fe: $U_{rel}=0.005$ Si: $U_{rel}=0.002$ Zn: $U_{rel}=0.001$ ($k=2$)	纯铝标准样品 $U=(0.003\sim0.001)\%$ $k=2$ 纯铝标准样品 $U=(0.001\sim0.002)\%$ $k=2$	上海校正技术检测有限公司	2021-5-25	√
品质部	量块	45433	(5.12~100) mm	4 等	量块 3 等	镇江市计量检定测试中心	2021-4-7	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托镇江市计量检定测试中心、上海校正技术检测有限公司、江苏省计量科学研究院进行检定校准, 检定校准证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 2 日上午—2021 年 11 月 3 日上午

审核员签字:

丁紫娟

部门代表签字:

王承山