



测量设备溯源抽查表

编号: 0277-2020-2021

企业名称 北京博思达水仪器仪表有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	流量检定装置	20130801	BSD (15-25)	$l = (50 \pm 5) ^\circ\text{C}$ 0.40% (k=2)	砝码 (10kg): F ₁ 等级 砝码 (20kg): F ₁ 等级	北京计量检测科学研究院	2019.09.04 (检定周期 24 月)	√
生产部	流量检定装置	20160801	MH32-200	$l = (50 \pm 5) ^\circ\text{C}$ 0.38% (k=2)	砝码 (10kg): F ₁ 等级 砝码 (20kg): F ₁ 等级	北京计量检测科学研究院	2019.09.04 (检定周期 24 月)	√
生产部	压力表	0816T011	(0-2.5) MPa	$U_{\text{rel}} = 1.0\% \text{Fs}$ (k=2)	标准活塞式压力校验计: $\pm 0.05\%$	北京市科特计量技术研究所	2021.11.21	√
生产部	数字温度计	15000011	TD11	$l = 0.024 ^\circ\text{C}$ (k=2)	标准铂电阻温度计: 一等、二等	北京计量检测科学研究院	2021.04.27	√
生产部	热能表检定用恒温槽	140717-1	RST-04IV	$l = 0.004 ^\circ\text{C}$ (k=2)	标准铂电阻温度计: 二等	北京计量检测科学研究院	2019.09.04 (检定周期 24 月)	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由测量设备的校准证书由研发部负责溯源。公司测量设备全部委托北京计量检测科学研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由使用部门自行保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 11 月 23 日 审核员签字: 耿丽 部门代表签字: 曹继伟								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。