




不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	山东滨德电力设备有限公司	陪同人员	陈勇
受审核部门	质检部	预计整改 完成日期	2021.11.20
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核现场发现质检员使用的万用表、功率因数表、游标卡尺、千分尺、钢卷尺没有校准/检定合格的标识, 经查校准证书已过期, 不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2021.11.12 日期: 2021.11.12 日期: 11.12</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>马有证了不符合纠正措施及附件: 校准证书, 培训记录, 实施有效.</p> <p>审核员:  日期: 2021.11.25</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检员使用的万用表、功率因数表、游标卡尺、千分尺、钢卷尺校准证书已过期。

纠正情况:

立即要求相关人员将万用表、功率因数表、游标卡尺、千分尺、钢卷尺送检。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽, 对标准不够了解。

纠正措施:

- 1、学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款及量具管理的培训;
- 2、提供有效期内的万用表、功率因数表、游标卡尺、千分尺、钢卷尺校准证书的证据;
- 3、排查是否有其他岗位存在类似情况。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

崔春建

日期:

11.25

受审核方代表:

崔春建

日期:

11.25

员工培训考核记录表

时间：2021.11.15	培 训 主 题	培训教师： 崔春建
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 学习公司计量器具校准的基本要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：  日期：2021年11月15日	



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111241166

第 1 页, 共 5 页

Page of

委托方

Client

山东滨德电力设备有限公司

委托方地址

Address

无棣县万佳达电子大街金色湖畔11号楼

仪器名称

Description

万用表

型号规格

Model/Type

VC890D

制造厂

Manufacturer

胜利仪器

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

BD001

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-24

校准日期

Date of Calibration

2021-11-24

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁奎学

校准 :

Tested by

郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号

Certificate No.

ZD202111241169

委托方

Client

山东滨德电力设备有限公司

委托方地址

Address

无棣县万佳达电子大街金色湖畔11号楼

仪器名称

Description

功率因数表

型号规格

Model/Type

9800

制造厂

Manufacturer

mch

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

BD002

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-24

校准日期

Date of Calibration

2021-11-24

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107




深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号

Certificate No. ZD202111241170

委托方

Client 山东滨德电力设备有限公司

委托方地址

Address 无棣县万佳达电子大街金色湖畔11号楼

仪器名称

Description 游标卡尺

型号规格

Model/Type 0-150mm

制造厂

Manufacturer 广陆量具

出厂编号

Serial No. /

管理编号

Asset No. BD003

样品接收日期

Date of Receipt 2021-11-24

校准日期

Date of Calibration 2021-11-24

批准人 :

Approved Signatory 王小云

审核 :

Inspected by 梁圣学

校准 :

Tested by 宋成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107




深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号

Certificate No. ZD202111241171

委托方

Client 山东滨德电力设备有限公司

委托方地址

Address 无棣县万佳达电子大街金色湖畔11号楼

仪器名称

Description 千分尺

型号规格

Model/Type 0-25mm

制造厂

Manufacturer 成量量具

出厂编号

Serial No. /

管理编号

Asset No. BD004

样品接收日期

Date of Receipt 2021-11-24

校准日期

Date of Calibration 2021-11-24

批准人 :

Approved Signatory 王小云

审核 :

Inspected by 梁金学

校准 :

Tested by 郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号

Certificate No.

ZD202111241172

委托方

Client

山东滨德电力设备有限公司

委托方地址

Address

无棣县万佳达电子大街金色湖畔11号楼

仪器名称

Description

钢卷尺

型号规格

Model/Type

5m

制造厂

Manufacturer

得力工具

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

BD005

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-24

校准日期

Date of Calibration

2021-11-24

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

宋成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107