



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	山东天赞电气科技有限公司	陪同人员	高绍春
受审核部门	质检部	预计整改完成日期	2021.11.20

不符合事实描述:

审核现场发现质检员使用的耐电压测试仪、智能接地电阻测试仪、绝缘电阻表、直流交流电压表、电子秒表、游标卡尺、钢卷尺没有校准/检定合格的标识, 经查校准证书已过期, 不符合规定要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2021.11.13 日期: 2021.11.13 日期: 11.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马主任了不合格项纠正措施及附件: 校准证书
培训记录. 实施有效.

审核员: 日期: 2021.11.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检员使用的耐电压测试仪、智能接地电阻测试仪、绝缘电阻表、直流交流电压表、电子秒表、游标卡尺、钢卷尺校准证书已过期。

纠正情况:

立即要求相关人员将耐电压测试仪、智能接地电阻测试仪、绝缘电阻表、直流交流电压表、电子秒表、游标卡尺、钢卷尺送检。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽,对标准不够了解。

纠正措施:

- 1、学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款及量具管理的培训;
- 2、提供有效期内的耐电压测试仪、智能接地电阻测试仪、绝缘电阻表、直流交流电压表、电子秒表、游标卡尺、钢卷尺校准证书的证据;
- 3、排查是否有其他岗位存在类似情况。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期:


11.25

受审核方代表:

日期:

11.25

员工培训考核记录表

时间：2021.11.16	培 训 主 题	培训教师： 崔云朋
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 学习公司计量器具校准的基本要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：  日期：2021 年 11 月 16 日	



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111250135

第 1 页, 共 4 页

Page of

委托方

Client

山东天赞电气科技有限公司

委托方地址

Address

无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

仪器名称

Description

耐电压测试仪

型号规格

Model/Type

VG2672B

制造厂

Manufacturer

杭州威格电子科技有限公司

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

TZ001

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-25

校准日期

Date of Calibration

2021-11-25

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111250137

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

山东天赞电气科技有限公司

委托方地址

Address

无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

仪器名称

Description

智能接地电阻测试仪

型号规格

Model/Type

RK2678XM

制造厂

Manufacturer

深圳市美瑞克电子科技有限公司

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

TZ002

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-25

校准日期

Date of Calibration

2021-11-25

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111250138

第 1 页, 共 4 页

Page of

委托方

Client

山东天赞电气科技有限公司

委托方地址

Address

无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

仪器名称

Description

绝缘电阻表

型号规格

Model/Type

ZC25-3B

制造厂

Manufacturer

上海康海仪器仪表有限公司

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

TZ003

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-25

校准日期

Date of Calibration

2021-11-25

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111250139

第 1 页, 共 3 页
Page of

委托方

Client

山东天赞电气科技有限公司

委托方地址

Address

无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

仪器名称

Description

直流交流电压表

型号规格

Model/Type

PZ72-DE/C

制造厂

Manufacturer

安科瑞电气股份有限公司

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

TZ004

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-25

校准日期

Date of Calibration

2021-11-25

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

梁金学



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111250140

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

山东天赞电气科技有限公司

委托方地址

Address

无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

仪器名称

Description

电子秒表

型号规格

Model/Type

JD-1II

制造厂

Manufacturer

上海手表五厂

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

TZ005

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-25

校准日期

Date of Calibration

2021-11-25

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

郭成



校准专用章
(stamp)



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111250141

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

山东天赞电气科技有限公司

委托方地址

Address

无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

仪器名称

Description

游标卡尺

型号规格

Model/Type

0-150mm

制造厂

Manufacturer

桂林量具

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

TZ006

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-25

校准日期

Date of Calibration

2021-11-25

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202111250142

第 1 页, 共 3 页
Page of

委托方

Client

山东天赞电气科技有限公司

委托方地址

Address

无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北

仪器名称

Description

钢卷尺

型号规格

Model/Type

5m

制造厂

Manufacturer

象牌工具

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

TZ007

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-25

校准日期

Date of Calibration

2021-11-25

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

梁金学

校准 :

Tested by

郭成



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107