



编号: 0155-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	德州联合石油科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质控中心		陪同人员: 邢玉梅	
不符合事实描述: 查质控中心硬度检验室, 未配备检测环境温湿度监控设备。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.2 环境 不符合程度: 主要不符合 ____ ; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>邢玉梅</u> 企业部门代表(签名) <u>王娟</u> 日期: 2021 年 11 月 02 日			
纠正措施: 1. 立即购买温湿度计, 放置于质控中心硬度检验室 2. 举一反三, 检查其他检测室, 若有类似问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>王娟</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2021 年 11 月 02 日			