



测量设备溯源抽查表

编号: 0098-2017-2021

企业名称	江苏海威塑业科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	电子天平	5598	YH-A2003	II级	E ₂ 砝码: E ₂ 等级	江苏银河计量检测有限公司	2021-03-27	√
生产车间	电子吊秤	190217	OCS-10t	III级	M ₁ 砝码: M ₁ 等级 M ₁₂ 砝码: M ₁₂ 等级 F ₂ 砝码: F ₂ 等级	江苏银河计量检测有限公司	2021-03-27	√
质检部	数显卡尺	1808063065	(0~150) mm	U=0.02mm k=2	卡尺专用量块: 5 等	江苏银河计量检测有限公司	2021-03-27	√
质检部	砝码	HW-021	500g	示值测量: U _{rel} =8mg k=2	F ₁ 砝码: F ₁ 级	江苏银河计量检测有限公司	2021-07-21	√
质检部	内沟槽数显卡尺	W2005110024	(0~150) mm	U=0.02mm k=2	卡尺专用量块: 5 等 卡尺内量爪专用 检具: U=0.002mm k=2	江苏银河计量检测有限公司	2021-03-27	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外委托“江苏银河计量检测有限公司检定校准(机构注册号为: CNAS L11975)”机构, 检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 1 日上午~11 月 1 日下午

审核员签字: 汪安艺

部门代表签字: 曹娟