



测量设备溯源抽查表

编号: 0285-2020-2021

企业名称	沪航科技集团(上海)管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	外径千分尺	Q804	(75~100) mm	$U=1\mu\text{m}, k=2$	量块 3 等	上海欣芃检测科技有限公司	2020.11.19	√
生技部	耐震压力表	20-0319457	(0~6) MPa	$\pm 0.096\text{MPa}$	精密压力表 0.4 级, 数字压力计 0.05 级	上海市金山区计量质量检测所	2021.8.9	√
生技部	游标卡尺	A21436	(0~300) mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块 4 等	上海欣芃检测科技有限公司	2020.11.19	√
生技部	内测千分尺	3692	(50~75) mm	$U=3\mu\text{m}, k=2$	量块 3 等	上海欣芃检测科技有限公司	2020.11.19	√
生技部	屏显冲击试验机	7803	JBW-300B	$U_{\text{rel}}=2.0\%, k=2$	标准冲击样品 127.8J $U_{\text{rel}}=1.6\%, k=2$	上海欣芃检测科技有限公司	2020.11.19	√
生技部	里氏硬度计	A126801190	HS141	$U=6\text{HL}, k=2$	标准里氏硬度块 547HLD $U=5\text{HLD}, k=2$ 786HLD $U=5\text{HLD}, k=2$	上海欣芃检测科技有限公司	2020.11.19	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备除自检外委托“上海市金山区计量质量检测所(计量检定机构授权证书号:(沪)法计(2019)109号)”、“上海欣芃检测科技有限公司(机构注册号:CNAS L10440)”, 检定/校准证书由生技部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 11 月 4 日上午~11 月 5 日 上午

审核员签字:

张广前

部门代表签字:

张永