






编 号: 0122-2018-2021

不符合项报告

企业名称: 广州京诚检测技术有限公司		不符合报告编号: 20211110	
企业下属部门: 检测部		陪同人员: 何朝红	
不符合事实描述: 未能提供 2021 年度计量确认监视记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 8.2.4 测量管理体系的监视 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合: ☒			
审核员 (签名) 		陪同人员 (签名) 	
企业职能部门代表 (签名) 			
日期: 2021.11.10			
纠正措施: 1. 修改质量监督情况记录表 (仪器设备), 增加对仪器计量确认的检查条款。 2. 结合公司月度质量监督, 自 11 月起每月抽查仪器对其计量确认过程进行监视。 纠正措施实施部门代表签名:  审核员确认签名: 			
纠正措施完成情况:  审核组代表签名:  日期: 2021.11.18			