编号：1254-2021

不符合项报告

企业名称：	廊坊市派博力克科贸有限公司	不符合报告编号：	02
受审核部门： 技术质量部		陪同人员:刘闯	

不符合事实描述：

查技术质量部的出厂编号为 4507 的“砝码”的检定证书，检定有效期至 2021 年 11 月 03 日，经确认到期未送检。

不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ；

审核员(签名) 刘宏莱 陪同人员(签名) 刘闯

企业部门代表（签名） 陈鸿祥

日期:2021 年 11 月 29 日

纠正措施：

1、立即对出厂编号为4507的"砝码"进行送检；
2、全面检查其它测量设备，若有类似问题一并解决。

企业部门代表签名：陈鸿祥 审核员签名：刘宏莱

纠正措施完成情况：

手续齐全，纠正措施可行。

审核组代表签名：[illegible] 日期：2021 年 11 月 29 日