



测量设备溯源抽查表

编号: 0067-2020-2021

企业名称: 东营市金旺石油机械制造有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	12128001	(0-150) mm	±0.03mm $U=0.01\text{mm}, k=2$	卡尺专用量块: 5等	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.03.19	√
质检部	超声波测厚仪	MT011204 1139	MT150	±0.2mm $U=0.02\text{mm}, k=2$	超声波测厚仪标准试块: ±0.01mm	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.03.19	√
质检部	内侧千分尺	150689690	(50-75) mm	±0.006mm $U=1.6\mu\text{m}, k=2$	千分尺专用量块: 4等	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.09.24	√
质检部	外径千分尺	D623	(50-75) mm	±0.005mm $U=1.6\mu\text{m}, k=2$	千分尺专用量块: 3等	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.03.19	√
质检部	电子万能试验机	150608	WES-60 0B	±1% $U_{\text{rel}}=0.4\%, k=2$	标准测力仪: 0.3级	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.09.24	√
质检部	里氏硬度计	000950148 55	HLN-160	±12HLD $U_{\text{rel}}=1.2\%, k=2$	标准里氏硬度块: $U=5\text{HLD}, k=2$	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.03.19	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。测量设备全部委托山东深东华计量检测技术有限公司进行校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021年12月10日上午~12月10日下午

审核员签字:

韩新

部门代表签字:

刘双