



编号: 0269-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	北京慧怡科技有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 侯静	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查质量部, 未提供出对 SHORE A 型橡胶硬度计的校准机构“北京市计量检测科学研究院”的持续评价资料。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 6.4 外部供方</p> <p>不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>侯静</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>尹涵琴</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 12 月 02 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 立即对 SHORE A 型橡胶硬度计的校准机构: 北京市计量检测科学研究院”进行评价 举一反三全面检查若有类似问题一并解决 <p>企业部门代表签名: <u>尹涵琴</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;"><u>企业制定的纠正措施可行</u></p> <p>审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021.12.02</u></p>			

可另附页