



测量设备溯源抽查表

编号: 0062-2017-2021

企业名称	河南万恒塑胶有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	维卡软化点温度测定仪	20126	XRW-300A	温度 $U=0.2^{\circ}\text{C}$ 转速 $U=0.5\text{r/min}$ 时间 $U=0.2\text{s}$ $k=2$	标准铂电阻温度计: 二等 电子天平: III级 量块: 3等1级	广东精衡检测科技有限公司	2021.04.12	√
质检部	电子万能试验机	WH-002	HYSY-032	$\leq 1\%$ $U_{\text{rel}}=0.4\% k=2$	标准测力仪: 0.3级	广东精衡检测科技有限公司	2021.04.12	√
质检部	落锤冲击试验机	200815	LC-300 B-400	质量: $U=0.5\text{g}$ 长度: $U=2\text{mm}$ $k=2$	电子天平: III级 钢卷尺: $U=(0.10-0.12)\text{mm}$, $k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2021.04.12	√
质检部	壁厚连续测量仪	WH-005	(0-30) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=2\mu\text{m} k=2$	量块: $U=0.20\mu\text{m}+2\times 10^{-6}L$, $k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2021.04.12	√
质检部	电子天平	WH-007	YH-M6 002	$\pm 0.2\text{g}$ $U=0.08\text{g} k=2$	砝码: F1 等级	广东精衡检测科技有限公司	2021.04.12	√

审核综合意见:

公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《量值溯源管理程序》、《外部供方管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源，测量设备全部委托广东精衡检测科技有限公司进行校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 03 日上午~ 2021 年 12 月 03 日下午

刘复荣

审核员签字:

程东晓

部门代表签字: