



能源计量审核情况表

企业名称	白银有色集团股份有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	49.2 万吨标准煤

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	30	30	20
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	99%
配备率是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
准确度等级是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
能源计量器具检定率是否达到要求	检定率 100%	检定率 100%	检定率 100%

白银有色集团股份有限公司能源主要品种电力、煤、天然气、热力等,企业 2020 年耗 49.2 万吨标准煤,是重点耗能单位。能源计量器具检查情况如下:

进出用能单位,应配 234 台 (件),实配 234 台 (件),配备率 100%;进出主要次级用能单位,应配 632 台 (件),实配 632 台 (件),配备率 100%;进出主要用能设备,应配 366 台 (件),实配 363 台 (件),配备率 99%;查进出用能单位配备的编号为 36148735 三相三线电子多功能电表 2021 年 02 月 23 日经国网甘肃省电力公司计量中心检定,精度 0.5S 级合格;查进出次级用能单位编号为 110009 水表 2021 年 06 月 03 日检定,精度 2.5 级合格;查重点耗能设备编号为 18240018 超声流量计等测量设备于 2021 年 06 月 25 日经华北国家计量测试中心检定,1.0 级合格,满足要求。共抽查用能单位 30 台件,主要次级用能单位测量设备 30 台件,主要用能设备 20 台件,测量设备精度等级都满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。能源计量器具都经过检定/校准。能源计量器具配备符合 GB17167 要求。

企业提供了白银有色集团股份有限公司《重点用能单位能源计量审查自查报告》。查自查报告中 (一、二级) 能源计量器具的配备率和准确度等级与上述检查数据一致,满足国标规定要求。企业制定了《能源计量管理制度》和节能考核等相关文件,建立了能源设备台帐,能源管理网络图,企业能源数据每月由各使用单位上报月报表,生产装备部能源管理科每月平衡分析,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足 GB17167 要求,通过审核。

审核组长 (签名)

王校

日期: 2021.12.24

受审核方代表 (签名)

陈心

日期: 2021.12.24