



测量设备溯源抽查表

编号: 0005-2021-2021

企业名称		深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
生产部	单相电能表检验装置	DBN202100309	HS6103	0.1级	三相多功能标准电能表 0.02级 交流耐电源绝缘测试仪允差±(5%+5d) MPE±(5%+5d)	华南国家计量测试中心	2021年05月01日	√
生产部	三相电能表检验装置	DBN202100808	HS-6303	0.05级	三相多功能标准电能表 0.02级/161699 兆欧表 10级/1-0302	华南国家计量测试中心	2021年10月112日	√
质量部	三相耐压试验装置	SYH30A-24	H2414	5.0级	数字高压表 ACU:±(1%R+0.05%FS) DCI:±(0.5%R+0.03%FS) 漏电流校准仪: ACI:±1%R;DCI: ±1%R	深圳市计量质量检测研究院	2021年10月20日	√
质量部	绝耐电阻测试仪	2682A-4988	YD2682A	示值误差: ±5% 开路测量电压允差: ±50V	兆欧表检定装置 R:0.2级;DCU:±(1%R±2个) 数字高压表: ACU±(1%R+0.05%FS);DCU±0.03%FS)	深圳市计量质量检测研究院	2021年09月01日	√
质量部	LCD测试仪	SZLD170701	SRLT-2688H	Urel=0.3%,k=2	数字万用表 ACU:±0.06%R;DCU:±0.003%R;ACI:±0.1%0.1%R;DCI:±0.05%R;R:±0.01%R 兆欧表标准可调式高阻箱	深圳市计量质量检测研究院	2021年09月08日	√

审核综合意见:


公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由质量部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年1月06日

审核员签字:

邵梅臣

部门代表签字:

 2022.1.6

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。