



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0007-2021-2021

受审核方	深圳市航天泰瑞捷电子有限公司						
部门	测量设备名称	型号规格/编号	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准有效期	符合打√ 不符合打×
品管部	三相电能表检验装置	PTC-8320M/0610356	0.1 级	三相多功能标准电能表 0.02 级 交流耐电压绝缘测试仪 允差±(5%+5d) MPE: ±(5%+5d)	广东省计量科学研究院	2021 年 3 月 31 日	√
品管部	三相标准电能表	HC3100L/0308090	0.05 级	三相标准功率电能表 电流、电压 U=0.01%, 功率、电能 U=0.01% (K=2): 三相电能表检定装置 0.01 级	广东省计量科学研究院	2021 年 3 月 13 日	√
品管部	单相电能表检定装置	PTC-8125M0905277	0.1 级	三相多功率标准电能表 0.02 级 交流耐压测试仪 允差±(5%+5d) MPE: ±(5%+5d)	广东省计量科学研究院	2021 年 03 月 31 日	√
品管部	绝缘电阻测试仪	MS5203/10060045253	绝缘电阻允许误差: ±10.0%	可调式高阻箱 MPE±(0.2~5)% 台式万用表 DCV: U <sub>REL</sub> =0.002%; ACV: U <sub>REL</sub> =0.01% DCV: U <sub>REL</sub> =0.005%; ACV: U <sub>REL</sub> =0.02% U <sub>REL</sub> =0.003% (K=2)	深圳华维计量检测有限公司	2021 年 03 月 30 日	√
制造中心	电子秤	ALH	允许误差 MPE±0.5	砝码 M1 级	深圳华维计量检测有限公司	2021 年 03 月 20 日	√
物流部	数显温湿度表	288CH	温度允许误差±2.0℃	冷镜式露点仪 温湿度检定箱	深圳华维计量检测有限公司	2021 年 8 月 23 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由品管部溯源。公司测量设备除自检外全部委托广东省计量科学研究院、深圳华维计量检测有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由质控中心保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 01 月 07 日

审核员签字: 邱柏臣

部门代表签字:

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。