



编号：0061-2022

测量设备溯源抽查表、

企业名称	盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
质检部	液压式万能试验机	0806657	KQC-1000B	±0.6%	测力仪标准装置：0.3级	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√
质检部	游标卡尺	6606031060	(0~150)mm	±0.03mm	量块：5等	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√
质检部	外径千分尺	8110286	(0~25)mm	±0.004μm	量块：4等	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√
质检部	抽油杆螺纹环规	703015	B5-29	小径： $U=5\mu\text{m}$ ， $k=2$ ； 螺距： $U=1.5\mu\text{m}$ ， $k=2$ ； 牙型半角： $U=3'$ ， $k=2$	螺纹量规扫描测量： 长度： $1\mu\text{m}$ ； 角度： $5''$	中国计量科学研究院	2021年6月21日	√
质检部	抽油杆螺纹塞规	708034	P5-19	中径： $U=2\mu\text{m}$ ， $k=2$ ； 全牙大径、截短牙大径： $U=5\mu\text{m}$ ， $k=2$ ； 螺距： $U=1.5\mu\text{m}$ ， $k=2$ ； 台肩面轴向偏差： $U=3\mu\text{m}$ ， $k=2$ ； 牙型半角： $U=3'$ ， $k=2$	螺纹量规扫描测量： 长度： $1\mu\text{m}$ ； 角度： $5''$	中国计量科学研究院	2021年6月21日	√
质检部	耐震压力表	70732564	(0~6)MPa	1.6级	活塞式压力计量标准装置:0.05级	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√
生产技术部	乙炔压力表	JY-001	(0~0.25)MPa	2.5级	活塞式压力表:0.05级	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√
生产技术部	乙炔压力表	JY-002	(0~0.4)MPa	2.5级	活塞式压力表:0.05级	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√
质检部	内径百分表	7811	(18~36)mm	±0.02mm	量块：4等	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√
质检部	超声波测厚仪	N480986	TM-8810	示值误差： $(H/100+0.1)$ mm	标准厚度片： $U=1.6\mu\text{m}$ ， $k=2$	盘锦市计量测试所	2021年11月27日	√

审核综合意见：

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质检部溯源。企业测量设备均委托盘锦市计量测试所、中国计量科学研究院 检定机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。



审核日期： 2022 年 1 月 24 日 ~ 1 月 25 日

审核员签字： 武岳云

部门代表签字： 丁磊

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。