



测量设备溯源抽查表

编号: 0011-2020-2022

企业名称		东营同博石油电子仪器有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	精密压力真空表	A21.1.301	YB-150	0.25 级	数字压力计标准装置: 0.05 级	东营市计量测试检定所	2021.06.07	√
生产部	游标卡尺	302328	(0-200)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$ $k=2$	量块 五等	中溯计量检测有限公司	2022.02.18	√
质检部	耐电压测试仪	GN-DX-008	ZHZ8	$U_{rel}=0.6\% k=2$	耐电压测试仪校验装置 MPE: $\pm 0.2\%$	中溯计量检测有限公司	2022.02.18	√
质检部	绝缘电阻表	04016829	ZC25-3	绝缘电阻: $\pm 20\%$ (0-500)M Ω $U_{rel}=0.8\% k=2$ 电压: $\pm 10\%$ $U_{rel}=1.3\% k=2$	绝缘电阻表检定装置 电阻: 0.2 级 电压: MPE: $\pm 1\%$	中溯计量检测有限公司	2022.02.18	√
质检部	接地电阻测量仪	06306	PC39A	$U_{rel}=0.5\% k=2$	模拟交直流标准电阻器 0.1 级	中溯计量检测有限公司	2022.02.18	√
质检部	万用表	44730563WS	F17B+	$U=0.2\text{V}$ ($k=2$) $U=0.2\text{mA}$ ($k=2$) $U=M\Omega$ ($k=2$)	多功能校验仪: DCV: $U_{rel}=0.002\%(k=2)$ ACV: $U_{rel}=0.01\%(k=2)$ DCI: $U_{rel}=(0.02\%-0.005\%)$ ($k=2$) ACI: $U_{rel}=0.01\%(k=2)$	中溯计量检测有限公司	2022.02.18	√
<p>审核综合意见:</p> <p>公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“中溯计量检测有限公司(机构注册号为 CNAS L10073)”、“东营市计量测试检定所(鲁(法计)(2018)37005号)”进行检定校准, 检定校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期: 2022年2月27日上午至2022年2月28日上午</p>								
审核员签字:			部门代表签字:					