



测量设备溯源抽查表

编号: 0035-2020-2022

企业名称	山东心传矿山机电设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符打×
质量部	外径千分尺	17085823	(0-25) mm	±0.004 mm	测微量具检定装置: 3等、4等	济宁市计量测试所	2021.07.07	√
质量部	量仪测力仪	3808	SLCO-15N	$U=0.06\%$ $k=2$	量仪测力仪检定装置: 0.01%	济宁市计量测试所	2021.07.07	√
质量部	量块	201220	(10-291.8) mm	4等	三等量块标准装置: 3等	济宁市计量测试所	2021.07.19	√
质量部	平板	XC-01	400mm×600mm	1级	平尺、平板检定装置: $MPE:\pm(1+A\times 2\%)$	济宁市计量测试所	2021.07.07	√
质量部	表面粗糙度样块	XC-02	(0.012-6.3) $\mu\text{m}$	$U=6.9\%$ $k=2$	表面粗糙度比较样块标准装置: ±5%	济宁市计量测试所	2021.07.07	√
质量部	量块	96-6084	(5.12-100) mm	4等	三等量块标准装置: 3等	济宁市计量测试所	2021.07.07	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托济宁市计量测试所进行检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年02月28日上午~2022年03月01日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 宋光明

