



测量设备溯源抽查表

企业名称	江西青桔信息科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质检部	II级 2" 全站仪	130921	NTS-33 2R4	II级 测角标准差 2" 测距标准差 (2.5-6.0)mm	全站仪检定装置: 0°-360°,分度误差<0.4"; 0m-1086m,U=0.4m+1×10-6D,k=2	江西省测绘成果质量监督检验测试中心	2021.5.26	√
技术质检部	S3级自动安平水准仪	B66715	DSZ3-3 2B	视准线的安平误差: ≤0.8" 视准线误差(i角): ≤12" 测站单次高差标准差: ≤0.15mm(视距50m)	水准仪检定装置: 水平目标单位重复性 MPE:0.3"	江西省测绘成果质量监督检验测试中心	2021.5.26	√
技术质检部	II级 2" 全站仪	856066	ZT10R	II级 测角标准差 2" 测距标准差 (2.5-6.0)mm	全站仪检定装置: 0°-360°,分度误差<0.4"; 0m-1086m,U=0.4m+1×10-6D,k=2	江西省测绘成果质量监督检验测试中心	2021.5.26	√

审核综合意见:

公司制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《溯源性管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由技术质检部负责溯源。测量设备全部委托江西省测绘成果质量监督检验测试中心检定,检定证书由技术质检部保存。根据抽查情况,该公司的检定情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年03月08日上午~2022年03月09日上午

审核员签字:

刘爱琴

部门代表签字:

邹林