



编号: 0263-2021-2022

## 不符合项报告

企业名称:	扬州万泰电子科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 李香	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查质检部, 出厂编号为 LF00312X 的交流耐电压测试仪的检定证书, 检定日期 2021 年 12 月 10 日, 又查《测量设备台账》中没有该测量设备的相关信息。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备</p> <p>不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>李香</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>李香</u> 日期: 2022 年 03 月 29 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>立即组织质检部将出厂编号为 LF00312X 的交流耐电压测试仪的相关信息纳入《测量设备台账》, 并检查其它测量设备, 若有同类问题全面整改。</p> <p>企业部门代表签名: <u>李香</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>企业制定的纠正措施可行。</p> <p>审核组代表签: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 03 月 29 日</p>			

可另附页