



测量设备溯源抽查表

企业名称 湖南奋钧家具制造有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发部	钢卷尺	Jpy202004	5m	±0.5mm	标准钢卷尺 MPE=± (0.3+3*10 ⁻⁵ L) mm	广州中准检测有限公司	2021.11.16	√
研发部	钢直尺	Jpy202002	300cm	±0.1mm	三等标准金属线纹尺 三等合格	广州中准检测有限公司	2021.11.16	√
工程部	钢直尺	Jpy202002	1000mm	±0.1mm	三等标准金属线纹尺 三等合格	广州中准检测有限公司	2021.11.16	√
研发部	游标卡尺	自编 YF01	(0-150)mm	±0.03mm	量块 四等	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.9.11	√
<p>审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)</p> <p>公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由研发部负责溯源。公司测量设备委托广东中准检测有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准, 校准/检定证书由研发部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期: 2022 年 03 月 24 日 ~ 03 月 25 日</p>								
<p>审核员签字: 喻荣秋</p> <p>部门代表签字: </p>								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。