



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0058-2018-2022

企业名称	湖南协成管业科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	2-360035	( 0-150 ) mm/0.02mm	±0.03mm	量块/编号 CD-BZ-001 数显外径千分尺/编号 CD-BZ-009 刀口形直尺 / 编号 CD-BZ-013 读数显微镜 CD-BZ-041	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021.4.19	√
质检部	游标卡尺	1707218	(0-200) mm/0.02mm	±0.03mm	量块/编号 CD-BZ-001 数显外径千分尺/编号 CD-BZ-009 刀口形直尺 / 编号 CD-BZ-013 读数显微镜 CD-BZ-041	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021.4.19	√
质检部	差示扫描量热仪	XC-002	DZ3335	温 度 U=0.7°C , 热 量 Urel=4% , k=2	热分析标准物质 GBW(E)130182~130187 电子秒表/编号 DX-BZ-012 电子天平/编号 LX-BZ-019	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021.4.19	√
质检部	电热恒温干燥箱	2119074	L01-1A	U=0.5°C , k =2	温湿度场巡检仪/编号 RG-BZ-001	深圳市中测计量检测技术有限公司	2021.4.19	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》, 对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。测量设备统一由质检部送外校准/检定, 校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价, 校准/检定证书统一由质检部保存。

根据抽查情况, 提供的校准证书没有出具标准器的准确度等级。因为选择校准机构时对能力进行了确认。该公司的校准情况基本溯源性要求。

审核日期: 2022年4月15日~4月16日上午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。