



编号: 0088-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	上药东英 (江苏) 药业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量管理部		陪同人员: 姜丽华	
<p>不符合事实描述:</p> <p>公司《测量过程及控制一览表》中未将尘埃粒子检测过程、药物溶出度检验过程识别出来进行统一管控, 不符合要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>(李) 沈明</u> 陪同人员 (签名) <u>姜丽华</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>姜丽华</u> 日期: <u>2022.04.26</u></p>			
<p>纠正措施:</p> <p><u>将尘埃粒子检测过程、药物溶出度检验过程列入《测量过程及控制一览表》中, 并进行公告梳理, 查漏补缺。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>姜丽华</u> 审核员签名: <u>(李) 沈明</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>纠正措施已落实, 验证有效。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: <u>2022.4.26</u></p>			

可另附页

