



测量设备溯源抽查表

编号: 0641-2021-2022

企业名称		湖北华博新材料科技股份有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量部	韦氏硬度计	HBHC0643	W-20	$\pm 1.0HW$ $U_{rel}=3.2\%$, $k=2$	标准韦氏硬度块: $U=0.3HWA$, $k=2$	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	牛津光谱仪	HBHC0645	FMS/ (0.0001~11)%	$U_{rel}=2.8\%$ $k=2$	直读光谱仪标准块 $U_{rel}=0.7\%$ $k=2$	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	万能角度尺	HBHC0642	0-320°	$\pm 2'$ $U=2.0'$, $k=2$	标准角度块 1级	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
采购部	电子汽车衡	LLQ161614	SCS-100	III级	标准砝码 M12 等级	湖北省计量测试技术研究院 黄冈分院	2021.06.22	√
生产部 (熔炼车间)	卷尺	HBHC0639	7.5m×5m m	$U=(0.03+0.02L)$ mm, $k=2$	标准钢卷尺 $U=5\mu m+5\times 16^{-6}L$, $k=2$	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	千分尺	HBHC0641	0-25mm	$\pm 4\mu m$ $U=1\mu m$, $k=2$	量块 3等	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
技术质量部	游标卡尺	HBHC0640	(0-200)m m	$\pm 0.03mm$ $U=0.02mm$, $k=2$	量块 4等	湖南航测检测技术服务有限公司	2021.06.02	√
生产部 (熔炼车间)	压力表	HC7154 0124801	Y-100ZT	1.6级	精密压力表标准装置 0.4级	麻城市计量检测测试所	2021.12.24	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由技术质量部负责溯源。经查 8 份测试设备报告, 填写规范, 无遗漏, 授权人签章有效, 符合要求。公司测量设备全部委托“湖南航测检测技术服务有限公司”、“湖北省计量测试技术研究院黄冈分院”、“麻城市计量检测测试所”等机构校准/检定, 校准证书由技术质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年5月20日上午~5月21日下午

审核员签字:

部门代表签字: